

## zaustavni ventil manometra







|                    |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tip konstrukcije   | zaustavni ventil manometra sa ispusnim otvorom                                                                                                                                                  |
| priključak         | nastavni priključak ženski/nastavni priključak ženski G1/4"...G1/2"                                                                                                                             |
| materijali         | 9002...9005/40: telo i konus od mesinga, ručka izrađena od plastike otporne na toplotu<br>9004/ES: telo i konsu od nerđajućeg čelika AISI 316 Ti, ručka izrađena od plastike otporne na toplotu |
| medijum            | netoksični i nezapaljive tečnosti i gasovi koji ne utiču na korišćene materijale                                                                                                                |
| temperatura medija | -10...+50°C                                                                                                                                                                                     |
| radni pritisak     | vidi tabelu                                                                                                                                                                                     |

## dimenzije

| 9002    | 9003    | 9004/M  |
|---------|---------|---------|
|         |         |         |
| 9004/ES | 9005/60 | 9005/40 |
|         |         |         |

| priključak | maksimalni radni pritisak [bar] | materijal                   | standardni | ispitna priрубnica | težina [kg] | tip     |
|------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------|-------------|---------|
| G1/4"      | 6                               | mesing                      | -          | -                  | 0,06        | 9002    |
| G3/8"      | 16                              | mesing                      | -          | -                  | 0,14        | 9003    |
| G1/2"      | 16                              | mesing                      | DIN16261A  | -                  | 0,12        | 9004/M  |
| G1/2"      | 16                              | nerđajući čelik AISI 316 Ti | DIN16261A  | -                  | 0,61        | 9004/ES |
| G1/2"      | 16                              | mesing                      | -          | 60x25x10           | 0,40        | 9005/60 |
| G1/2"      | 16                              | mesing                      | -          | Ø40x5              | 0,33        | 9005/40 |

## položaj ručice

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| pozicija odzračivanja                                                             | radni položaj                                                                     | položaj za izduvavanje                                                             | položaj za ispitivanje                                                              |
| ulazna cev zatvorena<br>instrument za merenje pritiska ne radi                    | otvorena ulazna cev<br>instrument za merenje pritiska pod pritiskom               | otvorena ulazna cev<br>instrument za merenje pritiska ne radi                      | kod ventila sam sa probnom prirubnicom                                              |

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza  
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave